

Doc br. 21102019-1

datum: 21.10.2019.

Prima:

Ustanova OPŠTA BOLNICA PIROT
e-mail: zoran.zekic@pibolnica.rs
Odsek _____
Fax 010/333 101
Tel _____
Br. strana 1

Šalje:

Kompanija Dräger Tehnika d.o.o.
Ime i prezime SERVIS Medical
Odsek LCS
Fax +381 11 39 11 222
Tel +381 11 39 11 333
E-mail: office.serbia@draeger.com

Predmet: Sistem razvoda medicinskih gasova Opšte bolnice Pirot, analiza medicinskog vazduha

Nakon izvršene stručne analize medicinskog vazduha i procene njegovog kvaliteta metodologijom uzorkovanja i analize koju propisuje Dräger, a u skladu sa farmakopejom koja propisuje dozvoljene koncentracije određenih primesa ustanovljeno je da ne postoje prekoračenja graničnih vrednosti po evropskoj farmakopeji sledećih primesa:

- O2
- CO2
- CO
- Ulnjih para
- So2
- NO/NO2

Jedino je ustanovljeno prisustve vlage, koja trostruko prevazilazi propisanu granicu dozvoljenog zasićenja.*

S tim u vezi, u prilogu dostavljamo ponudu za otklanjanje ovog „problema“ najefikasnijim načinom zamene sušača i odvajča kondenza u okviru sistema razvoda medicinskih gasova.

**Stručni nalaz u pisanoj formi, sa svim detaljima merenja i izmerenim vrednostima sa lica mesta je u izradi i biće vam dostavljen naknadno.*

S poštovanjem

DRAGER Tehnika d.o.o

Saša Bjelanović

Country Quality Manager

Dräger tehnika d.o.o.

representative office for Serbia,

Montenegro, N.Macedonia and

Bosnia and Herzegovina (medical equipment only)

Ovaj dokument je važeći bez pečata, uz elektronski potpis pošiljaoca

*Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) sugeriše se privrednim društvima da ne upotrebljavaju pečat

Dräger tehnika d.o.o.
Radoja Dakića 7
11080 Beograd
Tel. +381 11 39 11 222
Fax. +381 11 39 11 333
office.serbia@draeger.com

Raiffeisen bank
Tekući račun br. 265-1100310000382-67

Matični broj: 7528574
Registarski broj: 02007528574
Šifra delatnosti: 4690
PIB: 100345259